

仕 様 書

1 件 名

LED喉頭鏡セットの購入

2 LED喉頭鏡セット内容

- (1) ブレード メガライトマッキントッシュ サイズ No 2、No 3、No 4 (各1本)
- (2) ハンドル ミディアム (直径29mm、全長152mm) 1本
- (3) 喉頭鏡ケース

※(1)から(3)を合わせて1セットとする。

3 形状・構造及び原理等

- (1) ブレードはステンレス鋼製であること。
- (2) ブレードとハンドルは、それぞれ個別であること。
- (3) 照明はLEDとする。

※ブレードとハンドルは、合体させて使用する。

4 基準品 (参考品)

(1)会社名

KAWE社製

(2)品 名

メガライト喉頭鏡セット (LEDセット) ハンドル (M) +メガライト3本セット
(OE-15-76-LA)

(3)同等品

仕様書に記載されている参考品以外の同等品 (基本的な機能、性能及び規格等の仕様が
必要最低限同等の物品であって、使用目的を遂行する上で同一の需要を充たすもの) か、それ
以上で代替する場合は、入札前に発注担当者へカタログ等を持参の上、必ず製品の説明を行
い、同等品規格確認票 (別紙) を提出し、承諾を得た上で入札に臨むこと。

5 発注数量

10セット (草加消防署分7セット、八潮消防署分3セット)

6 積算方法

発注数量をもとに見積もること。

7 支払方法

業務完了払

8 検 収

- (1) 検収は、草加八潮消防組合草加消防署及び受注者双方の立ち合いのもとに検収を行い合格をもって納入とする。
- (2) 納入するために必要な経費は、受注者負担とする。
- (3) 検収において、錯誤が認められた場合は、速やかに適正なものと交換を行うこと。
- (4) 検収場所は、草加市神明二丁目2番2号 草加八潮消防組合草加消防署とする。

9 納入期間

契約締結日から令和5年3月31日まで

10 納入場所

草加八潮消防組合 草加消防署 草加市神明二丁目2番2号

11 提出書類

次の書類を納入後、速やかに提出すること。

- (1) 請求書（草加消防署分と八潮消防署分に分けて作成すること。）
- (2) 納品書又は業務完了報告書

12 その他

- (1) この仕様書の細部について疑義が生じた場合は、担当者と協議して指示を受けるものとする。
- (2) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (3) 不当要求に関し、次の事項を遵守すること。
 - ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、組合管理者に報告するとともに所轄の警察署へ通報すること。
 - イ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。

13 問合せ先

草加八潮消防組合 草加消防署 救急係
電話 048-924-2114 内線350