

# 車載機器点検委託仕様書

- 1 件名 車載機器点検委託
- 2 履行期間 契約締結日から令和7年2月28日まで
- 3 履行場所及び委託機器車載救急車両
  - (1) 草加消防署（草加市神明二丁目2番2号）  
救急草加1号車、救急草加2号車、救急草加3号車、救急草加北2号車
  - (2) 草加消防署西分署（草加市西町108番地2）  
救急西1号車
  - (3) 草加消防署青柳分署（草加市青柳六丁目23番6号）  
救急青柳1号車
  - (4) 草加消防署北分署（草加市清門二丁目1番地43）  
救急草加北1号車
  - (5) 八潮消防署（八潮市大字鶴ヶ曾根1185番地）  
救急八潮1号車、救急八潮2号車、救急八潮3号車
- 4 支払方法 業務完了払  
※請求書は草加消防署分と八潮消防署分に分けること。
- 5 委託内容  
救急自動車車載機器の定期点検業務（以下「委託業務」という）を医療法施行規則第九条の12及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第二条第8項に準拠して実施すること。
  - (1) 委託業務の回数  
年1回の委託業務を実施すること。  
ただし、点検実施日については、担当者と協議すること。
  - (2) 委託機器内訳は次のとおりとし、詳細については別表のとおりとする。

ア 除細動器	8台
イ 人工呼吸器	10台
ウ 患者監視装置	6台
- 6 委託業務実施に伴う留意事項
  - (1) 委託業務の実施場所は、当消防組合が指定した場所で実施すること。
  - (2) 委託業務を実施に当たり、救急業務に支障が出る場合は、必要に応じて代替品を用意すること。
- 7 点検報告
  - (1) 委託業務を実施した結果については、点検結果報告書を提出すること。
  - (2) 点検の結果、修理等が必要な場合は、報告書を提出する前に早急に担当者に連絡し、対応を協議すること。

## 8 その他

- (1) この仕様書の細部について疑義が生じた場合は、担当者と協議して指示を受けるものとする。
- (2) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (3) 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。
  - ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、組合管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
  - イ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。

## 9 問い合わせ先

草加八潮消防組合 草加消防署 救急係  
電話048(924)2114 (内線352)

## 別表

## 【草加消防署】

配置車種	購入時期	機器類	メーカー	商品	型式
救急草加1号車	令和3年12月	除細動器	日本光電	カルジオライフ	TEC2603
		人工呼吸器	ワコー商事	メデュマツ	イージーCPR
		患者監視装置	日本光電	ライフスコープ	BSM-3562
救急草加2号車	平成28年11月	除細動器	日本光電	デフィブリレータ	EMS1052
		人工呼吸器	コーケンメディカル	ANSWER	KOM299DS
救急草加3号車	令和元年12月	除細動器	日本光電	カルジオライフ	TEC2603
		人工呼吸器	ワコー産業	メデュマツ	イージーCPR
		患者監視装置	日本光電	ライフスコープ	BSM-3562
救急草加北2号車	平成24年1月	除細動器	旭化成Zollメディカル	ZOLL製Xserise	Q136
		人工呼吸器	スミスメディカル・ジャパン	パラパック200D	P200DNJPAMB
救急西1号車	平成26年11月	人工呼吸器	コーケンメディカル	ANSWER	KOM299DS
救急青柳1号車	令和3年12月	除細動器	日本光電	カルジオライフ	TEC2603
		人工呼吸器	ワコー商事	メデュマツ	イージーCPR
		患者監視装置	日本光電	ライフスコープ	BSM-3562
救急草加北1号車	平成27年11月	除細動器	旭化成Zollメディカル	ZOLL製Xserise	Q136
		人工呼吸器	コーケンメディカル	ANSWER	KOM299DS

## 【八潮消防署】

配置車種	購入時期	機器類	メーカー	商品	型式
救急八潮1号車	平成27年1月	人工呼吸器	ワコー商事	メデュマツ	スタンダードa
		患者監視装置	日本光電	ライフスコープ	BSM-3562
救急八潮2号車	平成31年3月	除細動器	日本光電	カルジオライフ	TEC2603
		人工呼吸器	ワコー商事	メデュマツ	イージーCPR
		患者監視装置	日本光電	ライフスコープ	BSM-3562
救急八潮3号車	平成28年3月	除細動器	日本光電	カルジオライフ	TEC2513
		人工呼吸器	ワコー商事	メデュマツ	スタンダードa
		患者監視装置	日本光電	ライフスコープ	BSM-3562