

仕 様 書

1 件名

A E D借上げ

2 借上数量

47基

3 借上期間

令和3年7月1日から令和8年6月30日まで（60か月）

4 借上場所

別紙1 令和3年度A E D設置場所一覧表のとおり

5 支払方法

業務完了月額払

なお、請求に当たっては、草加市内小中学校設置分及び八潮市内小中学校設置分に分けて請求すること。

6 借上内容

(1) A E D本体（バッテリーを含む）

(2) 付属品（1基当たり）

ア キャリングバック

イ 使い捨て除細動パッド

成人／小児共用パッド 2組

ウ レスキューセット 1組

(ア) タオル 1枚

(イ) 手袋（ラテックス製グローブ） 1双

(ウ) 救急はさみ 1個

(エ) 一方向弁付きフェイスシールド（又は同等の機能を有するもの） 1個

(3) A E D設置表示板 1基当たり1枚

(4) A E D監視システム

7 仕様

(1) A E D本体（バッテリーを含む）

- ア 新規製品であること。
- イ エネルギー切替えスイッチ等により成人／小児のモードの切替えが可能であること。
- ウ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）に基づく医療機器承認を受けている機器であること。
- エ 出荷時における最新の日本版救急蘇生ガイドラインに対応したAEDであること。
- オ AEDの操作方法と心肺蘇生法の手順を日本語音声ガイダンス及び本体の液晶ディスプレイによるイラストと文字で表示する機能を有すること。
なお、液晶ディスプレイと音声ガイダンスは同期して流れること。
- カ エネルギー出力波形は二相性であること。
- キ バッテリーは、通常保管の状態でおおむね4年の有効期限を有すること。
- ク 容易に使用可能か確認できるものであること。
- ケ 毎日のセルフテストを行うものであること。
- コ AED使用時に救助データの保存、抽出ができること。
- サ IP66以上の防塵・防水性を備えていること。
- シ 耐用年数が8年以上のものであること。

(2) 付属品

- ア 新規製品であること。
- イ キャリングバックは、AED本体、除細動パッド及びレスキューセット等、救命に必要な資器材が一体で収納でき、かつ容易に持ち運びが可能であること。
- ウ 使用開始期限及び消費期限等の期限付き付属品については、出荷時における当該付属品の最大期限を有したものであること。

(3) AED設置表示板

- ア AED設置表示板は、AED設置場所においてステッカーによりAED設置が周囲に周知できるものを納入すること。
なお、ステッカーのデザインについては、別紙2のとおりとし、大きさについては縦21cm×横15cmとすること。
- イ ステッカーの材質については、組合と協議すること。

ウ 心肺蘇生法及びAEDの使用方法（最新のガイドラインに対応したもの）を明示したポスター等を納入すること。

なお、ポスター等の内容、大きさについては協議するものとする。

(4) AED監視システム

ア AEDセルフテストの結果や、AEDの状態、除細動パッドの使用期限、バッテリーの状態・残量をWEBで確認できる機能を有すること。

イ AED監視システムでAEDの異常を検知した場合、発注者の指定したメールアドレスへ必要な情報を通知する機能を有すること。

8 消耗品等の交換

(1) 借上期間内のAEDは常に使用可能な状態に保つこととし、使用不能となるバッテリー及び使い捨て除細動パッド並びにAED使用により消費された使い捨て除細動パッド及びレスキューセットは受注者側の責任（費用負担を含む。）において受注者が指定する納入業者又は製造メーカーが交換を行うこと。

(2) 使い捨て除細動パッド及びバッテリーの交換時期等を記載した表示ラベル等を容易に確認できるようAED本体に取り付けること。

9 破損及び盗難等への対応

(1) 機器に故障又は破損が生じた場合は、受注者の責任において受注者が指定する医療機器修理業の許可業者又は製造メーカーが無償で代替え品を準備の上、機器の交換又は修繕を行うこと。

(2) 動産保険料は、本賃借料に含むこと。

10 保証等

使い捨て除細動パッド及びバッテリーの交換時には、AEDが正常に作動するか点検を行い、点検を実施した事実及び点検結果並びに使い捨て電極パッド及びバッテリーの使用期限について、別紙1令和3年度AED設置場所一覧表に基づき、受注者が指定するリース物件納入業者又は製造メーカーが組合に報告すること。

11 設置及び検収

(1) 設置を実施する前に、発注者及び受注者、若しくは受注者の責任において受注者が指定する納入業者又は製造メーカー双方立会いのもとに検収を行う。

(2) 検収を行うに当たり、組合が指示したとおりでない場合は、その場での検収を

行わないものとし、別途検収を実施できるよう対応を行うこと。

- (3) 設置に当たっては、養生等を行うなどして十分配慮し、完全に使用できる状態に調整し受注者の責任において受注者が指定する納入業者又は製造メーカーが設置すること。
- (4) 借上開始期日前までにAEDを設置している状態にすること。借上開始日からの借上が困難である場合には、発注者と事前に協議するものとする。
- (5) 搬入及び設置等の費用は受注者側の負担とする。

12 その他

- (1) AEDは高度管理医療機器のため、業者は高度管理医療機器等貸与業の資格を有すること。
- (2) 借上期間満了後の取扱いについては、別途協議を行うものとする。
なお、借上契約の更新及び譲渡等を行わず撤去を行う場合の費用も本契約に含むこと。
- (3) AEDを使用し、その使用事実の連絡がAED設置場所関係者から受注者側になされた場合には、組合にその事実を連絡すること。
なお、AED設置場所関係者から消耗品の使用事実の連絡が組合にあった場合には、組合から受注者に連絡するものとする。
- (4) 保守、維持管理は、受注者の責任において受注者が指定する医療機器修理業の許可業者又は製造メーカーが行うものとする。
- (5) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (6) 本仕様に記載されていない内容で疑義が生じた場合、組合と別途協議するものとする。
- (7) 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。

ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合、若しくは被害が発生するおそれがある場合は、草加八潮消防組合管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。

イ 受注者は、組合並びに所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。

13 問合せ先

埼玉県草加市神明二丁目2番2号

草加八潮消防組合

草加八潮消防局警防課 救急係

TEL 048(924)0967

FAX 048(928)8454

令和3年度AED設置場所一覧表

番号	施設名称	住所
1	草加市立草加小学校	草加市住吉1-11-64
2	草加市立高砂小学校	草加市中央1-2-5
3	草加市立新田小学校	草加市旭町6-12-11
4	草加市立谷塚小学校	草加市谷塚仲町440
5	草加市立栄小学校	草加市松原1-3-2
6	草加市立川柳小学校	草加市青柳7-27-10
7	草加市立瀬崎小学校	草加市瀬崎2-32-1
8	草加市立西町小学校	草加市西町270
9	草加市立松原小学校	草加市松原4-2-1
10	草加市立新里小学校	草加市新里町759
11	草加市立花栗南小学校	草加市花栗4-3-1
12	草加市立八幡小学校	草加市八幡町65
13	草加市立新栄小学校	草加市新栄町4-959
14	草加市立清門小学校	草加市清門3-37-1
15	草加市立稻荷小学校	草加市稻荷5-11-1
16	草加市立氷川小学校	草加市氷川町448
17	草加市立八幡北小学校	草加市八幡町1148
18	草加市立長栄小学校	草加市長栄1-762
19	草加市立青柳小学校	草加市青柳3-17-1
20	草加市立小山小学校	草加市小山2-8-1
21	草加市立両新田小学校	草加市両新田西町55
22	草加市立草加中学校	草加市氷川町2179-4
23	草加市立栄中学校	草加市松原3-7-1
24	草加市立谷塚中学校	草加市谷塚上町62
25	草加市立川柳中学校	草加市青柳7-35-1
26	草加市立新栄中学校	草加市新栄1-33
27	草加市立瀬崎中学校	草加市瀬崎5-3-1
28	草加市立花栗中学校	草加市花栗4-15-12
29	草加市立両新田中学校	草加市両新田西町368-1
30	草加市立新田中学校	草加市長栄1-767
31	草加市立青柳中学校	草加市青柳8-58-10
32	草加市立松江中学校	草加市松江3-14-33
33	八潮市立八條小学校	八潮市鶴ヶ曾根1
34	八潮市立潮止小学校	八潮市南川崎822
35	八潮市立八幡小学校	八潮市中央4-21-16
36	八潮市立大曾根小学校	八潮市桁527
37	八潮市立松之木小学校	八潮市緑町3-9-1
38	八潮市立中川小学校	八潮市大瀬1516
39	八潮市立八條北小学校	八潮市八條1150
40	八潮市立大瀬小学校	八潮市大瀬3-9-1
41	八潮市立大原小学校	八潮市八潮7-42-1
42	八潮市立柳之宮小学校	八潮市柳之宮140
43	八潮市立八潮中学校	八潮市中央1-1-2
44	八潮市立大原中学校	八潮市八潮5-9-1
45	八潮市立八條中学校	八潮市八條555
46	八潮市立八幡中学校	八潮市緑町4-19-1
47	八潮市立潮止中学校	八潮市古新田530

別紙 2

W148mm×H210mm

